

様式A 機器等明細書(チューブ乾燥器)

項番号	品名	メーカー	型番	数量
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

(注) 提案する機器等について記入する。

様式B 仕様確認書(参考機種「サクラ チューブ乾燥器TUK-52」以外を提案する場合のみ提出する。)

(注)提案する機器等について、仕様書記載の要求仕様を満たすことを応札者が確認のうえ、全ての「仕様確認」欄に「○」を記入する。

チューブ乾燥器				
項目	仕様	応札者記載欄 黄色部分のみ記載してください。		
		仕様確認	提案する機器等の仕様	備考(補足説明)
1	装置本体の構造は、チューブ及び小物を乾燥できる機能を有すること。			
2	装置本体の外形寸法は、幅600mm程度×奥行590mm程度×高さ1,800mm程度で、現存のスペースに設置可能であること。			
3	内容量は340L以上であること。			
4	フィルターはプレフィルターとメインフィルターの2重フィルター仕様であること。			
5	乾燥方式は熱風吹き込み方式であること。			
6	庫内温度は50～75℃(室温25℃の時)の範囲内であること。			
7	運転方法は連続運転とタイマー運転の2つを選択することができること。			
8	タイマーの設定範囲は1～900分以上であること。			
9	国際規格ISO80369に準拠した新規格形状に対応したコネクタが使用できること。			