

感染症遺伝子解析装置保守管理業務仕様書

1 委託業務名

感染症遺伝子解析装置保守管理業務

2 保守管理対象機器

感染症遺伝子解析装置（ライフテクノロジーズジャパン(株)製 Applied Biosystems 3500）一式
(Veriti を含む)

設置場所：

東温市見奈良 1545 番地 4

愛媛県立衛生環境研究所 3 階 遺伝子検査測定室

3 委託期間 令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日

4 業務内容等

(1) 保守点検

定期保守点検は、機器の清掃、定期交換部品の交換、一般調整、異常確認、必要な部分の性能点検の上、常に適正な機能を発揮できるように、必要な処置を行うものとする。

また、乙は、構成機器の故障等、不具合が発生した場合など緊急時における保守作業として甲の依頼を受けた時は、速やかに現場に赴き原因の特定を行い、協議の上必要な作業を行い復旧に努めるものとする。

(2) 保守点検の時期・回数

定期保守点検は期間中 1 回とし、実施日時は別途協議して決定する。また、緊急時の保守作業は、故障等不具合発生時に甲の依頼の都度、随時実施する。

(3) 交換部品等の負担

交換部品は純正部品を使用するものとし、定期、随時保守点検に係る経費（技術料、技術者派遣料、旅費を含む）は、保守委託料に含むものとする。ただし、交換部品代は別途有償とする。

(別添)

保守点検結果報告書

年 月 日

愛媛県立衛生環境研究所長 様

住 所

氏 名

㊦

装 置 名 感染症遺伝子解析装置 (Applied Biosystems 3500) 一式 (Veriti を含む)
設置場所 愛媛県立衛生環境研究所
保守点検区分 1 定期 2 随時
保守点検実施期間 年 月 日 ～ 年 月 日
保守点検の内容及び点検結果 別添「点検・整備表」のとおり
特記事項

(別添)

保守管理完了報告書

年 月 日

愛媛県立衛生環境研究所長 様

住 所

氏 名

㊦

感染症遺伝子解析装置保守管理業務について下記のとおり完了したことを報告します。

記

保守管理委託期間 年 月 日から 年 月 日

装置名 感染症遺伝子解析装置 (Applied Biosystems 3500) 一式 (Veriti を含む)
設置場所 愛媛県立衛生環境研究所
保守点検実施期間 定期 年 月 日 ~ 年 月 日 随時 年 月 日 ~ 年 月 日 随時 年 月 日 ~ 年 月 日
保守点検の内容及び点検結果 「保守点検結果報告書及び点検・整備表」のとおり 報告年月日 年 月 日 報告年月日 年 月 日 報告年月日 年 月 日
特記事項