

透過型電子顕微鏡保守管理業務仕様書

1 委託業務名

透過型電子顕微鏡保守管理業務

2 保守管理対象機器

透過型電子顕微鏡（日本電子（株）製 JEM-1400 Flash）一式

設置場所：愛媛県立衛生環境研究所3階 電子顕微鏡室

3 委託期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日

4 業務内容等

(1) 定期保守点検

JEM-1400 Flash 機器本体の保守点検は年1回とし、清掃、一般調整、異常確認、必要な部分の性能点検の上、常時適正な機能を発揮できるように所要の処置をとるものとする。

(2) 定期保守点検の時期

各作業の具体的な実施日時は、別途協議して決定する。

(3) 定期保守点検の内容

ア 点検対象項目

別添「JEM-1400 定期保守点検表」のとおりとする。

イ 不具合時の対応

点検で「不合格」と判定された場合は、速やかに原因を調査し改善を図ること。

ウ その他の事項

① 保守点検作業を実施したときには、別添「保守点検結果報告書」を提出すること。

② 保守点検にかかる経費（派遣料、旅費、交換部品代を含む。）は、保守委託料に含むものとする。

(4) 緊急時保守点検の内容

構成機器(冷却水循環装置 EM-48171D(JKD-R18A1S)含む)の故障等、障害が発生した場合の緊急時における保守作業は、委託者が依頼した時に随時実施するものとし、速やかに現場で復旧作業を行うものとする。なお、上記(3)のウの①及び③については、緊急時保守点検においても同様とすること。

(5) 交換部品等の負担

定期保守点検及び緊急時保守点検に使用した交換部品は、各機器の純正部品を使用するものとし、消耗品を除き保守委託料に含むものとする。

(6) 委託期間終了後の対応

委託期間終了後は、別添「保守管理完了報告書」を提出すること。

保守点検結果報告書

年 月 日

愛媛県立衛生環境研究所長 様

住 所

氏 名

㊦

装 置 名 透過型電子顕微鏡 (JEM-1400Flash) 一式
設置場所 愛媛県立衛生環境研究所
保守点検区分 1 定期 2 随時
保守点検実施期間 年 月 日 ~ 年 月 日
保守点検の内容及び点検結果 別添作業報告書のとおり
特記事項

(別添)

保守管理完了報告書

年 月 日

愛媛県立衛生環境研究所長 様

住 所

氏 名

㊦

感染症全自動遺伝子定量増幅装置保守管理業務について下記のとおり完了したことを報告します。
記

保守管理委託期間 年 月 日から 年 月 日

装置名 透過型電子顕微鏡 (JEM-1400Flash) 一式
設置場所 愛媛県立衛生環境研究所
保守点検実施期間 定期 年 月 日 ～ 年 月 日 随時 年 月 日 ～ 年 月 日 随時 年 月 日 ～ 年 月 日
保守点検の内容及び点検結果 「保守点検結果報告書」及び「作業報告書」のとおり 報告年月日 年 月 日 報告年月日 年 月 日 報告年月日 年 月 日
特記事項