

別紙1

大気汚染自動測定機一覧表

測定機の種類 (項目)		機 種	測定局名	場 所
風向風速計 (風向及び風速)		ANEOS(株)製 C-W175N	川 之 江	四国中央市上分町800
		ANEOS(株)製 C-W175N	伊 予 三 島	四国中央市三島宮川4-6-53
		ANEOS(株)製 C-W175N	金 子	新居浜市久保田町1-3-57
		ANEOS(株)製 C-W175N	中 村	新居浜市本郷3-1-1
		ANEOS(株)製 C-W175N	泉 川	新居浜市星原町7-8
		ANEOS(株)製 C-W175N	西 条	西条市大町456-1
		ANEOS(株)製 C-W175N	東 予	西条市壬生川116-2
		ANEOS(株)製 C-W175N	大 屋	大洲市長浜町今坊乙1874-3
気象機器	温度	ANEOS(株)製 JS-252A-1	金 子	新居浜市久保田町1-3-57
	湿度	ANEOS(株)製 JS-252A-1		
	気圧	ANEOS(株)製 BS-800		
	日射量	ANEOS(株)製 MS-60C		
	雨量	ANEOS(株)製 RS-102N		

※委託台数:14台

別紙 2 (作業標準表一覧)

項 目	測定機の種類
風向風速	風向風速計
気象機器	温度計、湿度計、気圧計、日射計、雨量計

作業標準表

測定機の種類：気象機器
(風向風速以外)

項目	作業内容	交換・補充物品	作業頻度
湿度計 機器	(共) 機器の外観検査 (センサー取付状態・内外部の腐食状態の確認)	劣化部品	1回/年
	(共) 機能検査 (絶縁抵抗、電源電圧)		
	(共) アスマン比較試験		
	(共) テレメータ出力・レコーダー出力の確認調整		
湿度計	(共) 機器の外観検査 (センサー取付状態・内外部の腐食状態、毛髪の状態の確認)	劣化部品	1回/年
	(共) 機能検査 (絶縁抵抗)		
	(共) アスマン比較試験		
	(共) テレメータ出力・レコーダー出力の確認調整		
気圧計	(共) 機器の外観検査 (センサー内外部の腐食状態、指示部、設置状況の確認)	劣化部品	1回/年
	(共) センサー試験		
	(共) テレメータ出力・レコーダー出力の確認調整		
日射計	(共) 機器の外観検査 (エレメント、ガラスドームの損傷、センサー内外部の腐食状態、乾燥剤、水平レベルの確認)	劣化部品	1回/年
	(個) ガラスドームの清掃		
	(共) 機能検査 (絶縁抵抗)		
	(共) 基準器比較試験		
	(共) テレメータ出力・レコーダー出力の確認調整		
雨量計	(共) 機器の外観検査 (センサー取付状態、内外部の腐食状態、水平レベルの確認)	劣化部品	1回/年
	(共) 機能検査 (絶縁抵抗、計量桁部分の動作状態)		
	(共) 基準器比較試験		
	(共) テレメータ出力・レコーダー出力の確認調整		
計	-	-	-

作業標準表

測定機の種類：風向風速計

項目 記号	作業内容	交換・補充物品	作業頻度
W-1	(共)前点検時からの測定記録の確認		2回/月
W-2	(共)記録計の印字・紙送り・時刻ずれの点検調整	インク・ペン先・インクパット(カートリッジペン,インクリボン)	
W-3	(共)テレメータ出力・レコーダー出力の確認調整		
W-4	(個)風向風速の目視観測		
W-5	(個)プロペラ・発信器の点検調整		
W-6	(共)記録紙の交換及び回収	記録紙	1回/月
W-7	(共)測定局内及び測定局周辺の清掃		
W-8	(共)記録部の点検調整清掃・劣化部品交換	ペン先・くり糸・インクパット・インクチューブ・アンプ・ 打点機構・スライド抵抗・モーター プリント基板	2回/年 2回/年 1回/年 1回/年
W-9	(共)回路部の点検調整清掃・劣化部品交換		
W-10	(個)風向指示試験		
W-11	(個)風速回転試験		
計			-