

保管場所一覧

No.	シリアルナンバー	型名	メーカー	故障状況	施設名	施設所在地
1	R16342	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外	愛媛県原子力安全対策課	松山市一番町4-4-2
2	GR00283619	TGS-1146	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外	愛媛県立衛生環境研究所	東温市見奈良1545-4
3	GR00283719	TGS-1146	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
4	R00775	TGS-146	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外	愛媛県原子力センター	八幡浜市保内町宮内1-485-1
5	R00531	TGS-146	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外	愛媛県南予地方局八幡浜支局総務県民室	八幡浜市北浜1-3-37
6	R00532	TGS-146	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
7	R00534	TGS-146	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
8	R00535	TGS-146	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
9	GR00283819	TGS-1146	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外	愛媛県南予地方局地域産業振興部総務県民課	宇和島市天神町7-1
10	GR00284019	TGS-1146	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
11	GR00284119	TGS-1146	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
12	GR00284319	TGS-1146	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
13	R10019	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
14	R10020	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外	伊方町総務課	西宇和郡伊方町湊浦1993-1
15	R10022	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
16	R14818	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
17	R14820	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
18	R14821	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
19	R14822	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
20	R14823	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
21	R14825	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外	伊方町瀬戸支所地域住民係	西宇和郡伊方町三机乙3003-6
22	R14827	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
23	G6574	ADM-112	アロカ株式会社	本体振動モーターの故障		
24	G6579	ADM-112	アロカ株式会社	本体振動モーターの故障		
25	G6596	ADM-112	アロカ株式会社	本体振動モーターの故障		
26	G6626	ADM-112	アロカ株式会社	本体振動モーターの故障		
27	G6652	ADM-112	アロカ株式会社	本体振動モーターの故障		
28	G6656	ADM-112	アロカ株式会社	本体振動モーターの故障	八幡浜市保内庁舎庁舎管理係	八幡浜市保内町宮内1-260
29	R14831	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
30	R14832	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
31	R14834	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
32	R14835	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
33	R14840	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
34	R14842	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
35	R14843	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
36	R14846	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外	内子町総務課危機管理班	喜多郡内子町平岡甲168
37	R10034	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
38	R10050	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外	大分県生活環境部防災局危機管理室	大分県大分市大手町3-1-1
39	R15640	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
40	205L0431	TCS-1172	アロカ株式会社	エネルギー分解能が判定基準外	大分県中部保健所健康安全企画課	大分県臼杵市大字臼杵字洲崎72-34
41	205L0577	TGS-1146	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		

42	205L0578	TGS-1146	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外及び係数不良		
43	GR00026318	TGS-1146	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外	大分県東部保健所検査課	大分県別府市大字鶴見字下田井14-1
44	GR00283419	TGS-1146	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外	大分県南部保健所健康安全企画課	大分県佐伯市向島1-4-1
45	GR00283519	TGS-1146	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
46	GR00129420	TGS-1146	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外	大分県北部保健所衛生課	大分県中津市中央町1-10-42
47	GR00129520	TGS-1146	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
48	GR00129720	TGS-1146	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
49	GR00129820	TGS-1146	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
50	GR00129920	TGS-1146	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
51	203D4068	PDM-222VB	アロカ株式会社	本体内部ユニット故障により液晶表示不良	八幡浜地区施設事務組合消防本部	八幡浜市松柏丙796
52	R00544	TGS-146	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
53	R00546	TGS-146	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外	八幡浜地区施設事務組合消防本部第1分署	西宇和郡伊方町神崎2185-1
54	R00537	TGS-146	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
55	R03799	IGS-321B	アロカ株式会社	バックアップ電池(リチウム電池)消耗		
56	R00540	TGS-146	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外	八幡浜地区施設事務組合消防本部第2分署	八幡浜市保内町宮内1-509-1
57	R10048	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外	西予市消防本部防災課	西予市宇和町神領515番地
58	L-3309	OSK72HT106B	オガワ精機株式会社	本体液晶画面表示不良	愛媛県警察本部警備課	松山市南堀端町2-2
59	R3C0988T	NHA10123-11YYY-S	富士電機株式会社	メーカー基準(±10%以内)を超える計数誤差	愛媛県県警本部機動隊	東温市田窪6904
60	R02480	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外	八幡浜警察署警備課	八幡浜市広瀬2-1-5
61	R02097	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
62	R02481	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
63	R02787	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
64	R02779	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外	大洲警察署警備課	大洲市東大洲1686-1
65	R02781	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外	西予警察署警務課	西予市宇和町卯之町4-659
66	R02785	TGS-146B	アロカ株式会社	内蔵バックアップ電池消耗		
67	R02786	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外	宇和島警察署警備課	宇和島市丸之内5-1-18
68	R02790	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
69	205L0528	TGS-1146	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外	愛媛県立新居浜病院総務課	新居浜市本郷3-1-1
70	205L0582	TGS-1146	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外	愛媛県立南宇和病院庶務係	南宇和郡愛南町城辺甲2433-1
71	205L0583	TGS-1146	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
72	R14287	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外	市立八幡浜総合病院	八幡浜市大平1-638
73	205L0570	TGS-1146	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外	西条市立周桑病院総務課	西条市壬生川131
74	205L0527	TGS-1146	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外及び計測部表示不良	公立学校共済組合四国中央病院	四国中央市川之江町2233
75	R14648	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外	市立大洲病院	大洲市西大洲甲570
76	R14649	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
77	205L0574	TGS-1146	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外	鬼北町立北宇和病院総務課	北宇和郡鬼北町大字近永455-1
78	R09999	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外	高岡倉庫	松山市高岡町185-1
79	R10005	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
80	R10006	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外	伊吹倉庫	宇和島市伊吹町北宇和島甲1482-1
81	R10007	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
82	R10010	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
83	R10012	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
84	R10013	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		
85	R10014	TGS-146B	アロカ株式会社	プラトー特性判定基準外		