

マットレス仕様書

第1 性能・機能等

本件リース物品に係る性能・機能等については、次のとおりとする。

- 1 汚染した場合、表面を拭くだけで清潔を保てること(清拭タイプ)。
アルコール消毒・次亜塩素酸ナトリウム(1,000ppm)が可能で変色、劣化しないこと。
- 2 表面が損傷した場合、専用の修繕テープにより補修が可能であること。
- 3 表裏頭足4方向の使用が可能であること。(定期的に使用面を交換し、最大限耐久性が保持でできる。)
- 4 防水カバーとして専用フィルムがマットレス本体に特殊ラミネート加工で密着した一体構造をしており、別途防水カバー等の付属品を要しないこと。(特殊加工の為、加水分解をしにくく劣化によるストライクスルーを防止、また、マットレス内のポリウレタンへのバクテリア浸食を防止するため。)
- 5 純 100%ポリウレタンであること。
- 6 表面のカラーはホワイト色(無着色)であること。(汚染や破損を目立つようにし、感染等のリスクを回避する。)
- 7 表面は 600%以上の伸び率を有すること。(全方向に 600%以上伸張しても防水可能なポリウレタンフィルム)
- 8 難燃性に関し、ガスバーナーによる引火テスト、万一着火したときの自己鎮火について、第三者による難燃性テストを実施していること。
- 9 本件契約数量と同程度の納入実績があること。

第2 サイズ・数量等

サイズ・数量等については、別表のとおりとする。

第3 納品等

納品に当たっての留意事項は、次のとおりとする。

- 1 納品に当たっては、予定しているベッドへそれぞれ備え付けることとし、入替既存品は、センター内の指定する場所まで搬出すること。(既存品の処分は、現契約会社によるものとする。)
- 2 入替作業については、当センターと十分協議のうえ行うこと。

第4 仕様・機能等の確認

仕様・機能等の確認に当たっては、当センター看護担当者による判断を尊重するものとする。

マットレスのサイズ・数量等

(単位: サイズ・厚さcm、耐荷重kg)

【あおぞら棟】

サイズ	区分	A (厚さ12, 耐荷重150)	B (厚さ11, 耐荷重130)	C (厚さ9, 耐荷重110)	計
A.B191-91/C191-89	L	4	4	10	18
191-83	M	2	0	3	5
181-90	特注⑤	0	0	4	4
計		6	4	17	27

【おひさま棟】

サイズ	区分	A (厚さ12, 耐荷重150)	B (厚さ11, 耐荷重130)	C (厚さ9, 耐荷重110)	計
A.B191-91/C191-89	L	4	5	2	11
191-83	M	13	8	0	21
181-90	特注⑤	0	0	4	4
計		17	13	6	36

【通所】

サイズ	区分	A (厚さ12, 耐荷重150)	B (厚さ11, 耐荷重130)	C (厚さ9, 耐荷重110)	計
A.B191-91/C191-89	L	0	0	3	3
191-83	M	0	0	1	1
181-90	特注⑤	0	0	0	0
計		0	0	4	4

【センター合計】

サイズ	区分	A (厚さ12, 耐荷重150)	B (厚さ11, 耐荷重130)	C (厚さ9, 耐荷重110)	計
A.B191-91/C191-89	L	8	9	15	32
191-83	M	15	8	4	27
181-90	特注⑤	0	0	8	8
計		23	17	27	67