

仕 様 書

品名	個人防護具（サージカルマスク、N95マスク、アイソレーションガウン、フェイスシールド、非滅菌手袋）	数量	別紙のとおり	納入場所	別紙のとおり (計7カ所)
----	---	----	--------	------	------------------

■納入先及び数量

別紙のとおりとする。

※納品の際は、日程の調整を行うこと。

■納入期限

令和7年11月28日（金）

■各品目の規格・仕様

（全物品共通規格）

- ・調達する年の4月1日以降の製造であって、使用推奨期間が製造後5年以上あること。
- ・不良品でないこと。

○サージカルマスク

- ・日本産業規格（JIS）の医療用マスク（サージカルマスクに相当するもの）についての規格「マスクの性能要件及び試験方法【JIS T9001】」クラスII適合品、ASTM-F2100 レベル2適合品又はEN 14683 Type II R 適合品であること。
- ・全国マスク工業会「衛生マスクの安全・衛生自主基準」に規定された品質基準及び製造管理基準に適合していること。
- ・単回使用の製品であること。
- ・ゴム紐の装着感に配慮されたものであること。
- ・ノーズワイヤーは、任意の形状に変形させることが容易で、その後の形状が安定しているものとし、非金属のものを推奨とする。
- ・耳掛け式のものであること。
- ・マスクのサイズはレギュラーサイズ、ふつうサイズ等、標準的なサイズとして製造・販売しているもの（JIS(T9001)「医療用マスク及び一般用マスクの性能要件及び試験方法・解説」の「5.1 マスクの大きさの目安」において「普通サイズ」とされているものに概ね沿った大きさであるもの）とする。
- ・医療機関、介護施設及び卸売販売業者（医療機関向け）における納入実績があること。

○N95 マスク

- ・労働安全衛生法に基づく使い捨て防じんマスクの国家検定規格 DS2 適合品、NIOSH 規格 N95 適合品又は日本産業規格（JIS）の感染対策医療用マスクについての規格「マスクの性能要件及び試験方法【JIS T9002】」タイプ I 適合品であること。
- ・JIS T9002 適合品においては、全国マスク工業会「衛生マスクの安全・衛生自主基準」

に規定された品質基準及び製造管理基準に適合していること。

- ・調節式の締め紐がついているもの又はこれと同等のフィット性能を有しているものであること。
- ・排気弁を持たないものであること。
- ・マスクのサイズはレギュラーサイズ、ふつうサイズ等、標準的なサイズとして製造・販売しているものであること。
- ・フィット性能を適切に有しているものであり、フィットテストにおいて適合であること。
- ・医療機関、介護施設及び卸売販売業者（医療機関向け）における納入実績があること。

○フェイスシールド

- ・シールド部のサイズは、W230×H180以上とし、目、鼻、口がガードできる形状であること。
- ・シールド部の素材は、プラスチック製とし、無色透明で視界が良好であること。
- ・額部分にクッション用スポンジ付きであること。
- ・道具などを使用せず組み立てが可能であること。
- ・眼鏡及びマスクと併用が可能であること。
- ・着用時に小走りなどで、ずれが生じないものであること。
- ・対応する者の飛沫が着用者のフェイスガードの内側に入りにくい形状であること。
- ・内側が曇り止め加工をしてあること。
- ・素材の性質により使用期限の設定がないものであること。

○アイソレーションガウン

- ・耐水性については AAMI（米国医科器械振興会） PB70 レベル 2 の製品と同等程度であり、かつ、十分な撥水性を有すること。
- ・生地は不織布を使用していること。
- ・長袖で袖口がリブニット又はゴムバンドで絞られていること。
- ・割烹着型（前面に開口部がなく、後ろ開きで襟元及び背面を覆うことができること。ただし、首元が開きすぎでないこと。）
- ・身体に対し固定する紐等が床につかない程度の長さで付いており、かつ、着脱が容易であること。首の後ろの紐で固定し、首を通すことなく脱げるものであること。
- ・丈の長さは 100cm 以上、かつ、身長 150cm の者が着用しても床につかない程度であること。
- ・医療機関、介護施設及び卸売販売業者（医療機関向け）における納入実績があること。

○非滅菌手袋（ニトリル手袋）

- ・指先にフィットする薄手のもので、感触性に優れた形状であること。
- ・素材はニトリル（原材料：石油）であること。
- ・パウダーフリーであること。
- ・一般医療機器（クラス I）の届出をしていること。
- ・JIS 規格 T9115、ASTM 規格 D6319 又は EN 規格 EN455 に適合した製品であること（ただし、滅菌処理の必要はない）。

- ・サイズは S、M、L の3種類とする。
- ・医療機関、介護施設及び卸売販売業者（医療機関向け）における納入実績があること。

物 品 構 成 表

品 名	個人防護具 (サージカルマスク、N95マスク、アイソレーションガウン、フェイスシールド、非滅菌手袋)	納入場所	別紙のとおり (計7カ所)
-----	--	------	------------------

品 名	メ ー カ ー	規 格 (型 番)	数 量
サージカルマスク	オオサキメディカル	品番 51431	102,900 枚 (納品先ごとの数量は別紙のとおり)

品 名	メ ー カ ー	規 格 (型 番)	数 量
N95マスク	ファーストレイト	FR-518	5,100 枚 (納品先ごとの数量は別紙のとおり)

品 名	メ ー カ ー	規 格 (型 番)	数 量
アイソレーションガウン	オオサキメディカル	品番 51042	11,400 枚 (納品先ごとの数量は別紙のとおり)

品 名	メ ー カ ー	規 格 (型 番)	数 量
フェイスシールド	ファーストレイト	FR-5995	6,600 枚 (納品先ごとの数量は別紙のとおり)

品 名	メ ー カ ー	規 格 (型 番)	数 量
非滅菌手袋 S	A. R. メディコム・インク	JN133520B	66,500 枚 (納品先ごとの数量は別紙のとおり)

品名	メーカー	規格(型番)	数量
非滅菌手袋M	A. R. メディコム・インク	JN133520C	106,000 枚 (納品先ごとの数量は別紙のとおり)

品名	メーカー	規格(型番)	数量
非滅菌手袋L	A. R. メディコム・インク	JN133520D	48,400 枚 (納品先ごとの数量は別紙のとおり)

(注) 同等品可、ただし仕様確認を要する。

納入先一覧

※単位:枚

納入先	県庁分	四国中央保健所	西条保健所	今治保健所	中予保健所	八幡浜保健所	宇和島保健所	合計
住所	〒791-8057 松山市大可賀3丁目 670番地1号 日本通運株式会社 大可賀倉庫	〒799-0404 四国中央市三島宮 川4丁目6-55	〒793-0042 西条市喜多川796-1	〒794-0042 今治市旭町1丁目4- 9	〒790-8502 松山市北持田町132	〒796-0048 八幡浜市北浜1丁目 3-37	〒798-8511 宇和島市天神町7-1	
サージカルマスク	90,700	9,500	900	500	300	500	500	102,900
N95マスク	4,200	300	100	100	100	200	100	5,100
アイソレーションガウン	10,000	700	100	100	100	200	200	11,400
フェイスシールド	5,500	600	100	100	100	200	0	6,600
非滅菌手袋S	57,600	400	1,800	1,300	200	5,000	200	66,500
非滅菌手袋M	96,000	1,500	1,800	1,300	200	5,000	200	106,000
非滅菌手袋L	38,400	1,500	1,800	1,300	200	5,000	200	48,400

※納品に際しては、納品先の担当者や日時等について調整すること。