

## 仕 様 書

機器名	多項目自動血球計数装置（動物用）	設置機関	愛媛県南予家畜保健衛生所
標記案件の仕様は、次のとおりである。 本装置は次の条件を満たす必要がある。			
(1) 本体装置の動力電源は単相 100V で使用できること			
(2) 動物用装置であり、検査対象動物種が牛、馬、その他動物種（豚）を測定できること			
(3) WBC、RBC、HGB、HCT、MCV、MCH、MCHC、PLT が測定できること			
(4) 1 検体の測定時間が約 150 秒以内であり、記憶機能を備えていること			
(5) 機器本体及び付属品（希釈液、溶血剤等）を接続あるいは作動させるために必要な物品を備えること			
(6) 機器本体のみで操作が可能であること			
(7) 本体操作により測定結果を出力できる内臓又は外部プリンターを備えること			
(8) 試薬の交換が作業者で容易に行えること			
(9) 特別な廃液処理が不要な試薬を用いて測定できること			
(10) 日本語の取扱説明書を添付すること			
(11) メンテナンス、修理等を依頼できる営業所もしくは代理店が県内にあること			
(12) 搬入、据付、試運転調整、運転指導等機器の設置に関するすべてを含むこと			