

仕 様 書

機器名	高压蒸気滅菌器	設置機関	愛媛県農林水産研究所 水産研究センター 魚類検査室
標記案件の仕様は、次のとおりである。 本装置は次の条件を満たす必要がある。			
1 本体			
(1) 理化学機器用であること。			
(2) 有効内容積は、50L であること。			
(3) 外寸法は、幅 500～550 mm以内、奥行 500～550 mm以内、高さ 1,100 mm以内であること。			
(4) 滅菌時の温度が 105～135°Cを含む範囲で設定可能なこと。			
(5) 圧力安全弁、漏電ブレーカー、空焚き防止の安全装置を備えていること。			
(6) スライド式でロック機能が備わったエレクトロ・メカニカルロックシステムと、缶内圧力と温度を検知し、フタをロックするダブルインターロックシステムを有すること。			
(7) 液体滅菌（保温）ができること。			
(8) 缶内圧力により瞬間排気の間隔を自動調整し、微細排気を行う機能を有すること。			
(9) ステンレス製丸型金網カゴを付属すること。			
(10) 電源は、AC100V、20A であること。			
その他			
(1) 装置の搬送、搬入、据付及び調整は受注者側で行うこと。			
(2) 日本語の取扱説明書を添付すること。			
(3) 職員に対し、本装置の操作方法並びにメンテナンス等についての説明を行うこと。			
(4) 運用、保守に関しては、担当職員の要求に応じ、迅速に対応ができるこ			
(5) 納品後 1 年以上の保証期間を有すること。また、明らかに受注者又は製造者の責に帰すべき故障や不良が生じた場合は保証期間満了後であっても、当該部分を無償で補修するものとすること。			

機 器 構 成 表

品名	高圧蒸気滅菌器	納入場所	愛媛県農林水産研究所 水産研究センター 魚類検査室
----	---------	------	---------------------------------

品 名	メ ー カ 一	規 格 (型 番)	数 量
高圧蒸気滅菌器 エコハイクレープ	平山製作所	HVE-50LB	一 式
ステンレス製丸型金網カゴ	同上	270Φ×220Hmm	一 式

(注) 同等品も可、ただし、仕様確認を要する。