

仕 様 書

機器名	クリーンベンチ	設置機関	愛媛県農林水産研究所 水産研究センター 魚類検査室
標記案件の仕様は、次のとおりである。 本装置は次の条件を満たす必要がある。			
1 本体			
(1) HEPA フィルターは $0.3 \mu\text{m}$ 粒子にて 99.99%以上 の集塵効率を有すること。			
(2) 清浄度は、ISO クラス 5 (クラス 100) 以上であること。			
(3) 外形寸法が、幅 950 mm 以内、奥行 770 mm 以内、高さ 1,900 mm 以内であること。			
(4) ワークエリア寸法は、幅 850~950 mm、奥行 600~700 mm、高さ 600~800 mm であること。			
(5) 照明は LED 照明で、照度は 1,800 ルクス以上であること。			
(6) UV 殺菌灯を装備し、作業時の UV 殺菌灯の点灯を防止する機能を有すること。			
(7) フィルター寿命を表示する機能を有すること。			
(8) ワークエリア内に、作業用コンセントを装備していること。			
(9) バキューム配管を装備していること。			
(10) 電子着火式ガスバーナーとガスバーナー用フットスイッチを付属すること。			
(11) 電源は、AC100V であること。			
その他			
(1) 装置の搬送、搬入、据付及び調整は受注者側で行うこと。			
(2) 日本語の取扱説明書を添付すること。			
(3) 職員に対し、本装置の操作方法並びにメンテナンス等についての説明を行うこと。			
(4) 運用、保守に関しては、担当職員の要求に応じ、迅速に対応ができるここと。			
(5) 納品後 1 年以上の保証期間を有すること。また、明らかに受注者又は製造者の責に帰すべき故障や不良が生じた場合は保証期間満了後であっても、当該部分を無償で補修するものとすること。			

機 器 構 成 表

品名	クリーンベンチ	納入場所	愛媛県農林水産研究所 水産研究センター 魚類検査室
----	---------	------	---------------------------------

品 名	メー カー	規 格 (型 番)	数 量
クリーンベンチ	PHC株式会社	MCV-91BNF-PJ	一 式
ガスバーナー	同上	MCV-B30L-PJ	一 式

(注) 同等品も可、ただし、仕様確認を要する。