

## 仕 様 書

品名	製氷機	数量	一式	納入場所	みかん研究所
標記案件の仕様は、次のとおりである。 本装置は次の条件を満たす必要がある。					
(1) アンダーカウンタータイプであること					
(2) フレークアイスを室温 20°Cで 100kg/日以上、室温 30°Cで 80kg/日以上製氷できること (60Hz)					
(3) 自然落下時に 15 kg以上貯氷できること					
(4) 電源は 100V 単相であること					
(5) ホースなどの設置に必要な器具を一式含んでいること					
(6) 装置の搬入、設置、試運転、取扱い説明は落札者が行うこと					
(7) 購入後 12 ヶ月以内において不具合が生じた場合は無償で修理を行うこと					

## 機 器 構 成 表

品 名	製氷機	納入場所	みかん研究所 (宇和島市吉田町法花津 7 番耕地 115)
-----	-----	------	----------------------------------

品 名	メ ー カ 一	規 格 (型 番)	数 量
製氷機	ホシザキ	FM-120K	一式

(注) 同等品も可、ただし、仕様確認を要する。