

仕 様 書

機器名	北原式採水器	設置機関	愛媛県農林水産研究所 水産研究センター 栽培資源研究所
<p>標記案件の仕様は、次のとおりである。 本装置は次の条件を満たす必要がある。</p> <ul style="list-style-type: none">(1) 絶縁式採水器であること。(2) 容量が 1000ml 以上であること。(3) 内部観察できる構造であること。(4) メッセンジャーが附属していること。(5) 県内にメンテナンス作業を依頼できる営業所もしくは代理店があること。(6) 搬入、据付、試運転調整ならびに運転指導等機器の設置に関するすべてを含むこと。(7) 日本語の取扱説明書を添付すること。(8) 職員に対し、本装置の操作方法及びメンテナンス等について説明を行うこと。(9) 運用、保守に関しては、担当職員の要求に応じ、迅速に対応ができること。			