

# 仕 様 書

機器名	超低温フリーザー	設置機関	愛媛県家畜病性鑑定所 南予分室 (西予市宇和町稻生257番地)
<p>標記案件の仕様は、次のとおりである。 本装置は次の条件を満たす必要がある。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) アップライトタイプの縦型で、外形が幅 850mm×奥行 950 mm×高さ 1900 mm以内であること。</li><li>(2) ノンフロン冷媒であること。</li><li>(3) 本体装置の動力電源は単相 100V で使用できること。</li><li>(4) 温度制御は、<math>-85^{\circ}\text{C}</math>～<math>-50^{\circ}\text{C}</math>範囲内で行えること。</li><li>(5) 温度表示は<math>1^{\circ}\text{C}</math>単位であること。</li><li>(6) 高温及び低温警報が備わっており、可変設定できること。</li><li>(7) フィルター警報として、ランプ点灯、ブザー断続音が備わっていること。</li><li>(8) 内扉付で、耐荷重 50 kg/枚程度の棚が備わっていること。</li><li>(9) 県内にメンテナンス作業を依頼できる営業所もしくは代理店があること。</li><li>(10) 搬入、据付、試運転調整ならびに運転指導等機器の設置に関するすべてを含むこと。</li><li>(11) 機器本体及び付属品を接続あるいは作動させるために必要な物品を備えること。</li><li>(12) 日本語の取扱説明書を2部以上添付すること。</li></ol>			

## 機器構成表

機 器 名	超低温フリーザー		
設置場所	家畜病性鑑定所南予分室（西予市宇和町稻生 257 番地）		
製造元/販売元	PHC 株式会社		
型式名等	MDF-DU300H		
構成内容	構成内訳	型 番	数量
	本体	ノンフロン 超低温フリーザー MDF-DU300H 一式	1

※同等品可。ただし、仕様確認を要する。