（別紙１）

仕様書

１　保守点検の実施

ゲート型モニタ保管場所に技術員を派遣し、点検調整等、ゲート型モニタの整備を行うものとする。

また、保守点検を実施するにあたり、前もって愛媛県に保守点検実施日、派遣技術員等を連絡するものとする。

２　保守点検対象機器の名称、数量、保管場所等

ゲート型モニタ 14 台（Ludlum Measurements 社製　MODEL52-1）

住所	施設名	数量
西宇和郡伊方町三崎 692	伊方町役場 三崎支所	２台
大洲市若宮 1869-1	大洲市役所 防災センター	４台
伊予市米湊 820	伊予市役所	２台
西予市野村町野村 12-619	西予市役所 野村支所	１台
喜多郡内子町平岡甲 168	内子町役場	１台
喜多郡内子町内子 1515	内子町役場 内子分庁舎	１台
宇和島市三間町宮野下 835	宇和島市役所 三間支所	１台
大分県大分市大手町 3-1-1	大分県防災局危機管理室	２台
合計		14 台

３　実施内容

別紙　業務実施内容のとおり

４　履行上の注意

・時期については、愛媛県と協議のうえ定めること。

・点検時に修繕箇所を発見した場合、機器の修繕は本委託業務の範囲外であるため、実施しないこと。ただし、次項のエレクトリックボックスの交換はこの限りでない。

・下表のゲート型モニタについて、演算部であるエレクトリックボックスを交換すること。なお、交換は保守点検と同時に実施すること。

保管場所	形名	製造番号
伊方町役場 三崎支所	MODEL52-1-6	320722
		324804
大洲市役所 防災センター	MODEL52-1-6	322252
		324817
西予市役所 野村支所	MODEL52-1-6	322255
宇和島市役所三間支所	MODEL52-1-6	324807
伊予市役所	MODEL52-1-6	324813
内子町役場	MODEL52-1-6	320730

5　業務期間

契約日から令和９年３月 26 日(金)