（別紙２）

業務実施内容

１　外観試験

内　　容	備考
Ａ　変形・破損の確認	

２　電源投入試験

内　　容	備考
Ａ　ＩＮＣＯＭＰＬＥＴＥ／ＵＰＤＡＴＩＮＧランプ点滅の確認	
Ｂ　ビープ音鳴動の確認	
Ｃ　ＥＮＴＥＲ／ＣＨＥＣＫＩＮＧランプ点灯の確認	
Ｄ　ビープ音停止の確認	

３　センサ試験

内　　容	備考
Ａ　赤外線センサの動作確認	
Ｂ　標準偏差の表示確認	

４　アラーム試験

内　　容	備考
Ａ　ＬＢ検出器	
Ｂ　ＬＭ検出器	
Ｃ　ＲＢ検出器	
Ｄ　ＲＭ検出器	

５　プラトー試験

内　　容	備考
Ａ　ＬＢ検出器	
Ｂ　ＬＭ検出器	
Ｃ　ＲＢ検出器	
Ｄ　ＲＭ検出器	

６　パラメーターの確認

内　　容	備考
Ａ　LANGUAGE	
Ｂ　MONTH	
Ｃ　DAY	
Ｄ　YEAR	
Ｅ　HOUR	

F MIN	
G COUNT TIME	
H ALARM TIME	
I INCOMPLETE	
J RDA SOURCE	
K LOW BKG	
L HIGH BKG	
M SIGMA	
N LM DET ACTIVE	
O LB DET ACTIVE	
P RM DET ACTIVE	
Q RB DET ACTIVE	
R CHECK IND ALARM	
S CHECK SUM ALARM	
T # OF SAMPLES	
U BKG UPDATE	
V LM Attenuation	
W LB Attenuation	
X RM Attenuation	
Y RB Attenuation	
Z AUDIO ON	