

仕様書

(別紙)

1 保守点検の実施

γ線エリアモニタ設置場所に技術員を派遣し、点検調整等、γ線エリアモニタの整備を行うものとする。

また、保守点検を実施するにあたり、前もって愛媛県に保守点検実施日、派遣技術員等を連絡するものとする。

2 保守点検対象機器の名称、数量、保管場所等

γ線エリアモニタ 13 台（日本レイテック株式会社製 MAR-784）

保管場所		数量
住所	施設名	
西宇和郡伊方町九町 1-597-1	九町診療所	1 台
西宇和郡伊方町湊浦 861-1	つわぶき荘	1 台
西宇和郡伊方町湊浦 1995-1	伊方中央公民館	1 台
西宇和郡伊方町三机乙 2587	瀬戸診療所	1 台
西宇和郡伊方町三崎 511	三崎高校	1 台
西宇和郡伊方町串 466	串診療所	1 台
西宇和郡伊方町串 473	串防災センター	1 台
西宇和郡伊方町三崎 4414-1	三崎つわぶき荘	1 台
西宇和郡伊方町与修 1430	与修防災センター	1 台
西宇和郡伊方町串 1-1	佐田岬防災センター	1 台
八幡浜市保内町磯崎 2114-3	青石寮	1 台
八幡浜市北浜 1-1-1	八幡浜市役所庁舎	1 台
八幡浜市大島 3-298	大島産業振興センター	1 台
合計		13 台

3 実施内容

別紙 業務実施内容のとおり

4 履行上の注意

- ・時期については、愛媛県と協議のうえ定めること。
- ・機器の修繕については、本委託業務の範囲外であるため、実施しないこと。

業務実施内容

1 点検前後の確認

内 容	備考
A 設定値確認 B 測定値確認	

2 目視点検

内 容	備考
A 外観点検 B 各部清掃	

3 動作点検

内 容	備考
A 電源投入時の表示確認 B 低圧電圧の確認 C 計数率指示精度及び ANALOG 出力の確認 D 警報シーケンスの確認 E 絶縁抵抗	

4 総合動作

内 容	備考
A 感度確認	